

## Column condition

1 打開電源



2 調整旋鈕



3 將管柱倒置

3-1



3-2



4 啟動 pump



5 溶劑開始進入管柱



6 溶劑已經完全流出並流入收集容器



7 按 stop 停止 pump

